

身心障礙者輔具費用補助基準表

內政部 101 年 7 月 10 日內授中社字第 1015933764 號令發布

目錄

分類序次	輔具分類	項次
一	個人行動輔具 【含推車、手(電)動輪椅、輪椅附加功能及配件、電動代步車、擺位系統、特製汽機車改裝、步行、移位輔具、視障用白手杖】	一至四十二
二	溝通及資訊輔具-視覺相關輔具 【含收錄音機或隨身聽、點字手錶、語音報時器、特製眼鏡、包覆式濾光眼鏡、手持望遠鏡、放大鏡、點字板、點字機、點字觸摸顯示器、擴視機、螢幕報讀軟體、視訊放大軟體、語音手機】	四十三至六十三
三	溝通及資訊輔具-聽覺相關輔具 【含傳真機、行動電話機、影像電話機、助聽器】	六十四至七十
四	溝通及資訊輔具-警示、指示及信號輔具 【含電話擴音器、電話閃光震動器、門鈴閃光器、無線震動警示器、火警閃光警示器、個人衛星定位器】	七十一至七十六
五	溝通及資訊輔具-發聲輔具 【含人工講話器】	七十七至七十八
六	溝通及資訊輔具-面對面溝通輔具 【含圖卡兌換溝通系統、低(高)階固定版面型語音溝通器、具掃描功能固定版面型語音溝通器、語音溝通軟體、動態版面型語音溝通器】	七十九至八十四
七	溝通及資訊輔具-電腦輔具 【含網路攝影機、滑鼠或鍵盤介面、吹吸嘴控滑鼠、紅外線貼片感應滑鼠、眼控滑鼠、溝通或電腦輔具用支撐固定器】	八十五至九十一
八	身體、生理及生化試驗設備及材料 【含語音血壓計】	九十二
九	身體、肌力及平衡訓練輔具 【含站立架、傾斜床】	九十三至九十五
十	預防壓瘡輔具 【含減壓座墊各款、氣墊床】	九十六至一〇四
十一	住家及其他場所之家具及改裝組件 【含居家用照顧床、擺位椅、升降桌、爬梯機、居家無障礙設施】	一〇五至一三〇
十二	個人照顧及保護輔具 【含淋浴椅(床)、特殊簡易洗(浴)槽、頭護具、馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅、語音體溫計、語音體重計、衣著用輔具】	一三一至一三八
十三	居家生活輔具 【含飲食用輔具、居家用生活輔具】	一三九至一四〇
十四	矯具及義具 【含義肢及矯具各款、美觀義肢各款、量身訂製之特製鞋、透明壓力面膜、假髮、義眼、義鼻、義耳、義顎、混和義臉】	一四一至一七〇
十五	其他 【含人工電子耳、人工電子耳語言處理設備更新】	一七一至一七二

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使 用年限	評估 人員	補助相關規定
個人行動 輔具	一	※推車-A 款	六,〇〇〇	三	甲	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 重度以上肢體障礙者。</p> <p>(二) 十二歲以下發展障礙相關診斷患者 (如腦性麻痺患者)。</p> <p>二、評估規定：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 經復健科醫師開立診斷書及相關專業治療師出具輔具評估報告書，並於診斷書或輔具評估報告書載明本項輔具需求(輔具評估報告書格式編號一)。</p> <p>(二) 經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號一)。</p> <p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) 專為載送人員設計之推車。</p> <p>(二) 推車-A款含嬰幼兒推車。</p> <p>(三) 推車-B款須具四十公斤以上載重能力。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) A款及B款僅能擇一申請。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
個人行動 輔具	二	※推車-B 款	一二,〇〇〇	三	甲	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
個人行動 輔具	三	輪椅-A 款 (非輕量 化量產 型)	三, 五〇〇	三	不須 評估	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 肢障者。</p> <p>(二) 平衡障礙者。</p> <p>(三) 植物人。</p> <p>(四) 中度以上失智症者。</p> <p>(五) 具上列任一種障礙之多重障礙者。</p> <p>(六) 申請量身訂製輪椅者，上述障別之等級須為重度以上。</p> <p>二、評估規定：申請「輪椅 C 款-量身訂製型輪椅」須經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號一)。</p>
個人行動 輔具	四	輪椅-B 款 (輕量 化量產 型)	四, 〇〇〇	三	不須 評估	<p>三、規格或功能規範：輪椅均應配備骨盆帶，B 款輪椅應為輕量化材質骨架設計，C 款量身訂製輪椅並應符合下列規範之一</p> <p>(一) 一百五十公斤以上之載重能力。</p> <p>(二) 十四英吋以下或二十二英吋以上座寬。</p> <p>(三) 具有四英吋以上座深調整、二英吋以上座寬調整並可依個別化需求設定座背靠角度之設計。</p> <p>(四) 其他經輔具中心專業人員評估認定之規格或功能要求。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) A、B、C 等三款輪椅僅能擇一項申請。</p>
個人行動 輔具	五	※輪椅-C 款(量身 訂製型)	九, 〇〇〇	三	甲	<p>(二) 十八歲以下符合補助資格者得二年申請補助一次。</p> <p>(三) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。申請輪椅-C 款，保固書註明為量身訂製型者，得免列查驗合格之登記字號。</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
個人行動 輔具	六	※輪椅附加功能-A款(具利於移位功能)	五,〇〇〇	三	甲	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 重度以上肢障者。</p> <p>(二) 植物人。</p> <p>(三) 重度以上平衡障礙者。</p> <p>(四) 重度以上失智症者。</p> <p>(五) 具上列任一種障礙之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 經身心障礙鑑定機構之復健科醫師開立診斷證明書及相關治療師輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號一)。</p> <p>(二) 經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號一)。</p> <p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) 輪椅附加功能-A款：兼具可拆掀式扶手及可拆卸式腳靠以利於移位。</p> <p>(二) 輪椅附加功能-B款：具不及座面連動之椅背仰躺功能(無段式調整)，且須配備胸帶及防傾桿。</p> <p>(三) 輪椅附加功能-C款：具及椅背連動之無段式座面空中傾倒功能，及配備胸帶及防傾桿。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 各項輪椅附加功能得依評估結果，搭配B款或C款輪椅同時申請，視為補助一項次。</p> <p>(二) 經評估無法以下肢承重轉位者，得申請A款附加功能，不受重度肢障之限制。</p> <p>(三) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
個人行動 輔具	七	※輪椅附加功能-B款(具仰躺功能)	二,〇〇〇	三	甲	
個人行動 輔具	八	※輪椅附加功能-C款(具空中傾倒功能)	四,〇〇〇	三	甲	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
個人行動 輔具	九	高活動型 輪椅	二五,〇〇〇	四	甲	<p>一、補助對象：須符合下列所有條件</p> <p>(一) 下肢重度肢障者。</p> <p>(二) 屬高活動力可自力推行者。</p> <p>(三) 具備良好輪椅操控技巧</p> <p>(四) 具備良好之心肺及肌耐力功能。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號一)。</p> <p>三、規格或功能規範：須符合下列所有條件</p> <p>(一) 含胎淨重十二公斤以下。</p> <p>(二) 高強度輕量化材質骨架。</p> <p>(三) 手推輪組之外展角度可依使用者需求設定，並具免工具易取快拆功能。</p> <p>(四) 後輪軸心前置或具有可調整至前置位置之功能。</p> <p>(五) 背靠高四十公分以下。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 申請本項補助者於使用年限內不得再申請其他輪椅。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、保固服務聯繫電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
個人行動 輔具	一〇	電動輪椅	五〇,〇〇〇	五	甲	<p>一、補助對象：應符合下列條件之一</p> <p>(一) 重度以上肢障者。</p> <p>(二) 具重度以上肢障之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號二)。</p>
個人行動 輔具	一一	電動輪椅 配件-A款 (加裝沙 發型座 椅)	五,〇〇〇	五	甲	<p>三、規格或功能規範：電動輪椅配件-B款(加裝擺位型座椅)之結構應具備座深(四英吋以上)、座寬(二英吋</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
個人行動 輔具	一 二	電動輪椅 配件-B 款 (加裝擺 位型座 椅)	一〇,〇〇〇	五	甲	<p>以上)、座背靠角度可調整功能。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 電動變換姿勢功能指電動後躺、空中傾倒、站立或升降。</p> <p>(二) 非比例式控制器限四肢嚴重癱瘓或精細運動控制不良之重度肢體障礙者申請，傳統比例式搖桿之改裝不適用本項補助。</p> <p>(三) 電動輪椅及電動代步車，二者間僅能擇一項申請。</p> <p>(四) 電動輪椅配件 A 款及 B 款得依評估結果擇一款申請，電動輪椅配件及電動輪椅同時申請者，視為補助一項次。</p> <p>(五) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、保固服務聯繫電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
個人行動 輔具	一 三	電動輪椅 配件-C 款 (加裝電 動變換姿 勢功能)	一〇,〇〇〇	五	甲	
個人行動 輔具	一 四	電動輪椅 配件-D 款 (使用非 比例式控 制器)	二五,〇〇〇	五	甲	
個人行動 輔具	一 五	電動輪椅 電池-五 十安培小 時(含) 以上	四,〇〇〇	三	不須 評估	<p>一、補助對象：符合本辦法申請電動輪椅資格者。</p> <p>二、其他規定：</p> <p>(一) 每次補助之數量及單位為一組，一組含二顆電池。</p> <p>(二) 曾依本辦法獲電動輪椅補助者三年後始得申請。</p>
個人行動 輔具	一 六	電動輪椅 電池-五 十安培小 時以下	二,〇〇〇	三	不須 評估	
個人行動 輔具	一 七	※擺位系 統-A 款 (平面型 輪椅背 靠)	一,〇〇〇	三	甲	<p>一、補助對象：</p> <p>(一) 重度以上肢體障礙者。</p> <p>(二) 具重度以上肢障之多重障礙者。</p> <p>(三) 植物人</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
個人行動 輔具	一 八	※擺位系統-B款 (曲面適形輪椅背 靠)	六,〇〇〇	三	甲	三)。 三、規格或功能規範： (一)平面型輪椅背靠須含硬式底板及軟墊。 (二)曲面適形輪椅背靠應符合下列所有規範： 1.適形硬式底板及適形軟墊。 2.可快速拆裝設計。 3.可調整深度或角度的嵌入式吊掛系統。 (三)軀幹側支撐架：具有依身型調整功能。 (四)頭靠系統：具有可調整支撐高度、前後位置及角度之結構。
個人行動 輔具	一 九	※擺位系統-C款 (輪椅軀 幹側支撐 架)	三,〇〇〇	三	甲	四、其他規定： (一)本項補助須為輪椅或電動輪椅使用者。 (二)申請單支軀幹側支撐架者補助金額減半。 (三)擺位系統A款及B款僅能擇一項申請，依評估結果一次申請二款以上，均視為補助一項次。 (四)擺位系統及輪椅C款量身訂製型同時申請者，視為補助一項次。 (五)應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、保固服務聯繫電話，其中量產型產品並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。
個人行動 輔具	二 〇	※擺位系統-D款 (輪椅頭 靠系統)	二,五〇〇	三	甲	
個人行動 輔具	二 一	電動代步 車	二五,〇〇〇	五	甲	一、補助對象：應具自行駕駛電動代步車之能力且符合下列條件之一 (一)重度以上肢體障礙者。 (二)重要器官失去功能重度以上者。 (三)多重障礙且符合上列條件之一者。 二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號四)。

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
						<p>三、規格或功能規範：電動代步車以四輪規格為原則，且兩前輪之輪胎內側距離須大於三十公分。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 電動輪椅及電動代步車，二者間僅得擇一項申請補助。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、型號、序號、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、保固服務聯繫電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
個人行動輔具	二二	特製機車-A款（加裝輔助後輪特製車）	六〇,〇〇〇	六	不須評估	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 肢障者。</p> <p>(二) 平衡障礙者。</p> <p>(三) 具上列任一種障礙之多重障礙者。</p> <p>二、功能或規格規範：</p>
個人行動輔具	二三	特製機車-B款（改裝輪椅直上式特製車）	八〇,〇〇〇	六	不須評估	<p>(一) 特製機車-A款，含機車新品及於該車輛加裝輔助後輪。</p> <p>(二) 特製機車-B款，含機車新品及於該車加裝輪椅直上裝置。</p> <p>三、其他規定：</p>
個人行動輔具	二四	機車改裝-A款（裝置輔助輪）	一〇,〇〇〇	六	不須評估	<p>(一) A款及B款二者僅能擇一申請補助。</p> <p>(二) 特製機車及機車改裝二者僅能擇一申請。</p> <p>(三) 申請特製機車及汽車、機車改裝者，應具有該類特製車輛之駕照。</p>
個人行動輔具	二五	機車改裝-B款（裝設輪椅直上裝置）	三〇,〇〇〇	六	不須評估	<p>(四) 請款時須檢附特製車輛之行照影本。</p> <p>(五) 再度申請特製機車（含修訂前之「特製三輪機車」）時，應於請款時檢附原機車報廢證明。</p>
個人行動輔具	二六	機車改裝-C款（裝設倒退輔助器）	八,〇〇〇	六	不須評估	<p>(六) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、型號、序號、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要</p>
個人行動輔具	二七	汽車改裝-油門煞車連桿	一五,〇〇〇	六	不須評估	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
						資訊。
個人行動 輔具	二 八	單支拐杖 -不鏽鋼	一,〇〇〇	五	不須 評估	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 肢障者。</p> <p>(二) 平衡障礙者。</p> <p>(三) 具上列任一種障礙之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：申請帶輪型助步車、姿勢控制型助行器、軀幹前臂支撐型步態訓練器須符合下列條件之一</p> <p>(一) 經復健科醫師開立診斷書及相關專業治療師出具輔具評估報告書，並於診斷書或輔具評估報告書載明本項輔具需求(輔具評估報告書格式編號五)。</p> <p>(二) 經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號五)。</p> <p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) 帶輪型助步車須完全符合下列功能條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 附手控煞車及煞車鎖定功能。 2. 附臨時休憩座位功能。 <p>(二) 姿勢控制型助行器：須可調整為前推或後拉方式雙用，以調整步態模式，並須提供下列配件至少二項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 轉向角度範圍或轉向、定向可控制輪。 2. 單向只進不退輪或阻力調整輪。 3. 骨盆側支撐墊。 4. 骨盆懸吊或座墊。 5. 前臂支撐配件。 <p>(三) 軀幹前臂支撐型步態訓練器：可藉由前臂支撐、軀幹支撐配件以協助四肢動作控制能力不佳，無法使用一般步行輔具者，並須提供下列配件至少三項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 轉向角度範圍或轉向、定向可控制輪。 2. 單向只進不退輪或阻力調整輪。 3. 踝足分隔配件 4. 大腿分隔配件。 5. 骨盆懸吊或座墊。 <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 拐杖如依實際需求同時申請雙側使</p>
個人行動 輔具	二 九	單支拐杖 -鋁製	五〇〇	三	不須 評估	
個人行動 輔具	三 十	助行器	八〇〇	三	不須 評估	
個人行動 輔具	三 一	帶輪型助 步車(助 行椅)	三,〇〇〇	三	甲	
個人行動 輔具	三 二	姿勢控制 型助行器	六,〇〇〇	三	甲	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
個人行動 輔具	三 三	軀幹前臂 支撐型步 態訓練器	一五,〇〇〇	三	甲	<p>用者，可補助額度依左列基準加倍，並視為補助一項次。</p> <p>(二)申請軀幹前臂支撐型步態訓練器須為四肢動作控制能力不佳，無法使用一般步行輔具者。</p> <p>(三)應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、型號、序號、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
個人行動 輔具	三 四	移位腰帶	一,五〇〇	三	甲、 丁	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 重度以上肢體障礙者。</p> <p>(二) 平衡機能障礙者。</p> <p>(三) 具上列任一種障礙之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員（含該單位特約之輔具評估人員）開立輔具評估報告書（輔具評估報告書格式編號六）。</p>
個人行動 輔具	三 五	移位轉盤	二,〇〇〇	三	甲、 丁	<p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) 移位腰帶之寬度至少須有十公分，接觸面不可有銳利部分；且須有四個以上之提把可供抓握。</p> <p>(二) 移位轉盤之上下兩接觸面須為防滑材質，且整體厚度須二公分以下。</p> <p>(三) 移位板可作為坐姿移位時相鄰平面之橋板，長度至少須六十公分、寬度至少須二十公分、厚度須一公分以下。</p>
個人行動 輔具	三 六	移位板	二,〇〇〇	五	甲、 丁	<p>四、其他規定：</p> <p>應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、型號、序號、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
個人行動 輔具	三七	人力移位 吊帶	四,〇〇〇	三	甲、 丁	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 重度以上肢體障礙者。</p> <p>(二) 具重度以上肢障之多重障礙者。</p> <p>(三) 植物人。</p> <p>(四) 重度以上失智症者。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號六)。</p>
個人行動 輔具	三八	移位滑墊 -A 款	三,〇〇〇	五	甲、 丁	<p>三、規格或功能規範</p> <p>(一) 人力移位吊帶至少須有四個提把以利個案於坐姿或臥姿下以人力搬運移位。</p> <p>(二) 移位滑墊-A 款須使用容易滑動之材質以利個案在坐姿下之平行位移並降低及接觸面之摩擦。其寬度、長度至少須達到五十公分以上。</p> <p>(三) 移位滑墊-B 款須使用容易滑動之材質以利個案在臥姿下之平行位移並降低及接觸面之摩擦。其寬度至少須達到四十五公分以上、長度至少須達到一百七十公分以上。</p>
個人行動 輔具	三九	移位滑墊 -B 款	八,〇〇〇	五	甲、 丁	<p>四、其他規定：</p> <p>(一) 限居家使用者申請。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
個人行動 輔具	四十	移位機	四〇,〇〇〇	一〇	甲、 丁	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 重度以上肢體障礙者。</p> <p>(二) 具重度以上肢障之多重障礙者。</p> <p>(三) 植物人</p> <p>二、評估規定：申請移位機須符合下列條件之一：</p> <p>(一) 經復健科醫師開立診斷書及相關專業治療師出具輔具評估報告書，並於診斷書或輔具評估報告書載明本項輔具需求(輔具評估報告書格式編號六)。</p> <p>(二) 經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號六)。</p>
個人行動 輔具	四一	移位機吊帶	六,〇〇〇	三	不須 評估	<p>三、其他規定：</p> <p>(一) 曾依本辦法獲移位機補助者，三年後始得申請移位機吊帶。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
個人行動 輔具	四二	視障用白 手杖	七〇〇	二	不須 評估	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 視障者。</p> <p>(二) 具視障之多重障礙者。</p> <p>二、功能或規格要求：</p>
溝通及資 訊-視覺	四三	收錄音機 或隨身聽 -A款(一 般型)	一,〇〇〇	三	不須 評估	<p>「收錄音機或隨身聽-B款數位型」應具電子書朗讀功能。</p> <p>三、其他規定：</p> <p>(一) 視障用點字手錶及視障用語音報時器僅能擇一申請。</p>
溝通及資 訊-視覺	四四	收錄音機 或隨身聽 -B款(數 位型)	二,五〇〇	五	不須 評估	<p>(二) 「收錄音機或隨身聽」A款及B款僅能擇一申請。</p> <p>(三) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限</p>
溝通及資 訊-視覺	四五	視障用點 字手錶	三,〇〇〇	五	不須 評估	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-視覺	四 六	視障用語 音報時器	三十〇	三	不須 評估	及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話、其他必要資訊。語音血壓計、語音體溫計之保固書並應標示經醫療器材查驗合格之許可證字號。
溝通及資訊-視覺	四 七	特製眼鏡	六,〇〇〇	四	甲、 丁、 戊	一、補助對象：須符合下列條件之一 (一)視障者。 (二)具視障之多重障礙者。 二、評估規定：須符合下列規定之一 (一)經眼科醫師開立診斷書 (二)經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號七)。
溝通及資訊-視覺	四 八	包覆式濾 光眼鏡	四,〇〇〇	四	甲、 丁、 戊	三、規格或功能規範： (一)特製眼鏡：針對屈光矯正、斜視矯正、放大、遠用及近用、延伸視野、防眩光、增強對比等功能須另製、加工、修改或染色者。 (二)包覆式濾光眼鏡：鏡框於上緣、側緣及下緣均應有遮擋光線之包覆設計、有濾光效果、可阻隔藍光及紫外光。
溝通及資訊-視覺	四 九	手持望遠 鏡	四,〇〇〇	五	甲、 丁、 戊	(三)手持望遠鏡：同時載明倍率及口徑、放大倍率在二倍以上、重量三百公克(g)以下。 (四)放大鏡：鏡片規格必須同時載明倍率及屈光度、非球面鏡片、倍率應高於二倍及屈光度高於八。菲涅爾透鏡(Fresnel Lens)不列入補助範圍。
溝通及資訊-視覺	五 〇	放大鏡	二,五〇〇	五	甲、 丁、 戊	四、其他規定： 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話、其他必要資訊。特製眼鏡之鏡片並應標示經醫療器材查驗合格之許可證字號。

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-視覺	五一	點字板	一,八〇〇	一〇	不須 評估	<p>一、補助對象：符合下列條件之一</p> <p>(一) 視障者。</p> <p>(二) 具視障之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：點字機(打字機)之使用需經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號七)。</p> <p>三、規格或功能規範：</p>
溝通及資訊-視覺	五二	點字機 (打字機)	三二,〇〇〇	七	甲、 丁、 戊	<p>點字機(打字機)：具六點鍵以及空白、倒退、換行鍵，可調整邊界。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話、其他必要資訊。</p>
溝通及資訊-視覺	五三	點字觸摸 顯示器-A 款	五〇,〇〇〇	四	甲、 丁、 戊	<p>一、補助對象：六歲以上且具點字辨識能力並符合下列條件之一</p> <p>(一) 視障者。</p> <p>(二) 具視障之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號七)。</p> <p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) 點字觸摸顯示器 A 款應符合以下所有規格：二十方以上且八點顯示、可支援一種以上視窗版中英文視</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-視覺	五四	點字觸摸顯示器-B款	七〇,〇〇〇	四	甲、 丁、 戊	障用電腦報讀軟體。 (二)點字觸摸顯示器B款應含A款所有功能及規格，且總重量二公斤以下。 四、其他規定： (一)申請者須具備個人電腦基本配備(含電腦主機、螢幕、鍵盤)。 (二)觸摸顯示器及報讀軟體同時申請時，視為補助一項次。 (三)應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話、其他必要資訊。
溝通及資訊-視覺	五五	可攜式擴視機-A款	二〇,〇〇〇	四	甲、 丁、 戊	一、補助對象：申請者限指數視力(CF-一五公分)以上者(依診斷書或輔具輔具評估報告書認定)，須符合下列條件之一 (一)視障者。 (二)具視障之多重障礙者。 二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號七)。 三、規格或功能規範：
溝通及資訊-視覺	五六	可攜式擴視機-B款	四〇,〇〇〇	四	甲、 丁、 戊	(一)可攜式擴視機-A款應符合以下所有規格：螢幕尺寸二點八英吋以上、色彩模式三組(黑白、負片、彩色模式)以上、支援放大及縮小功能且倍率為六倍以上者。 (二)可攜式擴視機-B款應符合以下所有規格： 螢幕尺寸三點五英吋以上、色彩模式三組(黑白、負片、彩色模式)以上、支援放大及縮小功能且倍率為六倍以上；並提供經評估所需其他功能配備(含亮度調整、對比調

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-視覺	五七	桌上型擴視機-A款	五〇,〇〇〇	六	甲、 丁、 戊	<p>整、望遠、記憶或儲存畫面、六點五吋以上螢幕、螢幕角度調整、連接電腦或電視、書寫支架或把手、觸控螢幕等) 達任三項以上功能者。</p> <p>(三) 桌上型擴視機 A 款應符合以下所有規格： 色彩模式三組以上、支援放大及縮小功能且倍率在三十倍以上、可自動對焦或可切換手動對焦者。</p> <p>(四) 桌上型擴視機 B 款應符合以下所有規格：</p>
溝通及資訊-視覺	五八	桌上型擴視機-B款	七五,〇〇〇	六	甲、 丁、 戊	<p>色彩模式五組(如增加藍黃、黑黃或其他組合)以上、支援放大及縮小功能且倍率在四十倍以上、可自動對焦及可切換自動手動對焦;並提供經評估所需其他功能配備(含亮度調整、對比調整、望遠、記憶、儲存、托盤、導引線、定位指示、亮度調整、焦距鎖定、可旋轉鏡頭、一體成型且螢幕可調整、及電腦畫面分割、等) 達任五項以上功能者。</p> <p>(五) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話、其他必要資訊。</p>
溝通及資訊-視覺	五九	視障用螢幕報讀軟體-A款	三,〇〇〇	六	甲、 丁、 戊	<p>一、補助對象：六歲以上並符合下列條件之一</p> <p>(一) 視障者。</p> <p>(二) 具視障之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-視覺	六〇	視障用螢幕報讀軟體-B款	六,〇〇〇	六	甲、 丁、 戊	估報告書(輔具評估報告書格式編號七)。 三、規格或功能規範:應符合以下規格 (一)視障用螢幕報讀軟體-A款:具備中英文語音報讀功能、支援字形字義解釋功能、可使用無字天書輸入法、具朗讀點字檔案功能、可支援點字觸摸顯示器。 (二)視障用螢幕報讀軟體-B款:具備中英文語音報讀功能、支援多語音方案朗讀功能、支援字形字義前後解釋詞彙功能、具模擬滑鼠座標導引功能、可支援觸摸點字顯示器。
溝通及資訊-視覺	六一	視障用螢幕報讀軟體-C款	一二,〇〇〇	六	甲、 丁、 戊	(三)視障用螢幕報讀軟體-C款:具備中英文語音報讀功能、支援圖形標記功能、完整支援 office 系列軟體、具備閱讀 pdf 檔案功能、可支援觸摸點字顯示器。 四、其他規定: (一)申請者須具電腦操作能力並已具備個人電腦基本配備(含電腦主機、螢幕、鍵盤)。 (二)觸摸顯示器及報讀軟體同時申請時,視為補助一項次。 (三)應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話、其他必要資訊。
溝通及資訊-視覺	六二	視障用視訊放大軟體	一八,〇〇〇	六	甲、 丁、 戊	一、補助對象:六歲以上並符合下列條件之一 (一)視障者。 (二)具視障之多重障礙者。 二、評估規定:經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號七)。 三、規格或功能規範:至少六倍以上之螢幕放大功能、滑鼠指標及文字編輯游標具多種放大提示調整之選擇、螢幕

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
						<p>顯示色相可作多模式切換（含高反差、對比色、十字導引、平滑字形等）放大顯示視窗可選擇分割視窗、全螢幕顯示或區塊顯示。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>（一）申請者須具電腦操作能力並已具備個人電腦基本配備(含電腦主機、螢幕、鍵盤)。</p> <p>（二）限指數視力（CF-十五公分）以上者（依診斷書或輔具輔具評估報告書認定）申請。</p> <p>（三）應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、型號、序號、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要資訊。</p>
溝通及資訊-視覺	六三	語音手機	四,〇〇〇	三	甲、 丁、 戊	<p>一、補助對象：</p> <p>（一）視障者。</p> <p>（二）具視障之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員（含該單位特約之輔具評估人員）開立輔具評估報告書（輔具評估報告書格式編號七）。</p> <p>三、規格或功能規範：具各層選單之語音報讀、文字簡訊播報、開關機聲音或震動提示、語音播報通訊錄內容及來電號碼等功能</p> <p>四、其他規定：</p> <p>應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、型號、序號、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話、經國家通訊主管機關型式認證審驗合格之標籤號碼及其他必要資訊。</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-聽覺	六四	傳真機	四,〇〇〇	三	不須評估	<p>一、補助對象：六歲以上並符合下列條件之一</p> <p>(一) 聽障者。</p> <p>(二) 語障者。</p> <p>(三) 具上列任一種障礙之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：</p> <p>(一) 申請行動電話機B款或影像電話，經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號八)。</p> <p>(二) 申請行動電話機-B款者應經評估確認具讀唇辨讀或手語表達能力。</p> <p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) 行動電話機-B款：於手機顯示幕同一面附有攝影鏡頭，並能雙向提供即時影像傳輸功能</p> <p>(二) 影像電話機：除有一般電話機的功能外，另須有影像輸出和輸入功能，且必須提供網路的连接孔。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 行動電話機各款僅能擇一申請。</p> <p>(二) 傳真機及影像電話以共同生活戶為補助單位，每戶僅得申請一台。</p> <p>(三) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要資訊，其中行動電話機並應註明經國家通訊主管機關型式認證審驗合格之標籤號碼。</p>
溝通及資訊-聽覺	六五	行動電話機-A款	二,〇〇〇	三	不須評估	
溝通及資訊-聽覺	六六	行動電話機-B款 (具影像即時傳輸功能)	四,〇〇〇	三	甲、乙、丙、丁	
溝通及資訊-聽覺	六七	影像電話機	五,〇〇〇	三	甲、乙、丙、丁	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使 用年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資 訊-聽覺	六 八	助聽器-A 款(口袋 型)	四,〇〇〇	三	丙	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 聽障者。</p> <p>(二) 具聽障之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：應符合下列規定之一</p> <p>(一) 經聽力師開立輔具輔具評估報告書 (輔具輔具評估報告書格式編號 九、十)。</p> <p>(二) 經政府設置或委託辦理之輔具服務 單位輔具評估人員(含該單位特約 之輔具評估人員)開立輔具評估報 告書(輔具評估報告書格式編號 九、十)。</p> <p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) A款口袋型：經連接線連接助聽器 及接收器，且接受器之體積不適於 懸掛耳後或置於耳內之類比式或數 位式之機種，並須具備二個以上音 頻控制開關、T線圈感應功能、音量 大小調整開關。</p> <p>(二) B款類比式或手調數位式：採類比 方式處理聲音訊號或數位型採手調 方式調整之助聽器。</p> <p>(三) C款數位式：採數位方式處理聲音 訊號之助聽器，並符合下列四種以 上功能或規格：1. 具四個壓縮頻道 以上 2. 多聆聽程式 3. 噪音抑制 4. 方(指)向性麥克風 5. 迴饋音消除 6. 自動情境辨識(切換)功能 7. 雙 耳同步功能 8. 資料記錄 9. 學習(可 訓練)功能 10. 頻率壓縮、搬移 11. 及無線傳輸系統相容 12. 及遙控裝 置相容 13. 及線圈系統相容 14. 內建 實耳測量功能。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 雙耳聽力損失在五十五 dB 至一百 一十 dB HL 之間補助二只；優耳聽 力在五十五 dB 至一百一十 dB HL 之間、劣耳聽力劣於一百一十 dB HL 補助一只；聽力損失認定基準為</p>
溝通及資 訊-聽覺	六 九	助聽器-B 款(類比 式或手調 數位式)	七,〇〇〇	三	丙	<p>(一) A款口袋型：經連接線連接助聽器 及接收器，且接受器之體積不適於 懸掛耳後或置於耳內之類比式或數 位式之機種，並須具備二個以上音 頻控制開關、T線圈感應功能、音量 大小調整開關。</p> <p>(二) B款類比式或手調數位式：採類比 方式處理聲音訊號或數位型採手調 方式調整之助聽器。</p> <p>(三) C款數位式：採數位方式處理聲音 訊號之助聽器，並符合下列四種以 上功能或規格：1. 具四個壓縮頻道 以上 2. 多聆聽程式 3. 噪音抑制 4. 方(指)向性麥克風 5. 迴饋音消除 6. 自動情境辨識(切換)功能 7. 雙 耳同步功能 8. 資料記錄 9. 學習(可 訓練)功能 10. 頻率壓縮、搬移 11. 及無線傳輸系統相容 12. 及遙控裝 置相容 13. 及線圈系統相容 14. 內建 實耳測量功能。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 雙耳聽力損失在五十五 dB 至一百 一十 dB HL 之間補助二只；優耳聽 力在五十五 dB 至一百一十 dB HL 之間、劣耳聽力劣於一百一十 dB HL 補助一只；聽力損失認定基準為</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
	七〇	助聽器-C款(數位式)	一五,〇〇〇	三	丙	<p>氣導聽力檢查頻率五百 Hz、一千 Hz、二千 Hz 及四千 Hz 之平均閾值。</p> <p>(二) 補助單位為一只，每側於左列年限內以補助一只為限。雙耳聽力損失經評估符合補助二只，得同時或分別申請，均視為補助一項次。</p> <p>(三) 口袋型以補助一只為限。</p> <p>(四) 十二歲以下得每二年申請補助一次。</p> <p>(五) 十八歲以下或二十五歲以下仍在國內學校日間部就學者申請 C 款數位式時，其功能規格若符合該款所列基準六種以上，補助金額得逾左列規定，上限為單耳二萬元，雙耳四萬元。</p> <p>(六) 初次申請時年滿六十五歲以上且非低收入戶者，補助額度以 B 款基準為限。</p> <p>(七) 功能及規格未符合 C 款基準者，補助額度以 B 款基準為限。</p> <p>(八) 已裝置人工電子耳之該耳不得申請。</p> <p>(九) 再度申請時，除 C 款外可免提出聽覺輔具評估報告書。申請 C 款者應於驗配後三個月內經聽力師出具驗證合格報告(見輔具評估報告書格式編號二十五)始予補助。</p> <p>(十) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
溝通及資訊-聽覺	七一	電話擴音器	二,〇〇〇	五	不須評估	<p>一、補助對象：</p> <p>(一) 聽障者。</p> <p>(二) 具聽障之多重障礙者。</p> <p>二、其他規定：</p> <p>(一) 以共同生活戶為補助單位，每戶僅</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-警示指示及信號	七二	電話閃光震動器	二,〇〇〇	五	不須評估	<p>得申請一台。</p> <p>(二)應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要資訊。</p>
溝通及資訊-警示指示及信號	七三	門鈴閃光器	二,〇〇〇	五	不須評估	
溝通及資訊-警示指示及信號	七四	無線震動警示器	二,〇〇〇	五	不須評估	
溝通及資訊-警示指示及信號	七五	火警閃光警示器	二,〇〇〇	五	不須評估	
溝通及資訊-警示指示及信號	七六	個人衛星定位器	一〇,〇〇〇	二	甲、丁	<p>一、補助對象：須有獨力外出之行動能力，且有走失之虞並符合下列條件之一者：</p> <p>(一)失智症。</p> <p>(二)智能障礙。</p> <p>(三)自閉症。</p> <p>(四)具上列任一種障礙之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十一)。</p> <p>三、規格或功能規範：應符合下列所有規範或功能之二年服務保用及產品保固</p> <p>(一)AGPS之衛星定位。</p> <p>(二)地點查詢服務。</p> <p>(三)電池待機超過七十二小時。</p> <p>(四)緊急求援功能。</p> <p>(五)通話功能。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使 用年限	評估 人員	補助相關規定
						定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要資訊。
溝通及資訊-發聲	七七	人工講話器-一般型	※二,〇〇〇	一	不須評估	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 聲音機能障礙者。</p> <p>(二) 語言機能障礙者。</p> <p>(三) 具上述任一種障礙之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：申請電子型(電動式)人工講話器限經醫師診斷書註明全喉切除或嚴重呼吸發聲功能障礙，無法透過手術重建改善發聲功能，並經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十二)。</p> <p>三、其他規定：</p> <p>(一) 一般型及電子型僅得擇一申請。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
溝通及資訊-發聲	七八	人工講話器-電子型(電動式)	※二〇,〇〇〇	五	乙、丙	<p>(一) 一般型及電子型僅得擇一申請。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-面對面 溝通	七 九	溝通輔具 -A款(圖 卡兌換溝 通系統)	五,〇〇〇	四	甲、 乙、 丁	一、補助對象：應符合下列所有資格 (一) 智障、聽障、語障、自閉症、失智症或上列任一種障礙之多重障礙者。 (二) 因身心功能損傷造成言語溝通困難，且嚴重影響人際互動及社會參與，如發展性障礙(含智能障礙、腦性麻痺、自閉症、語言發展遲緩)、後天性障礙(含失語症、腦傷、肌萎縮性脊髓側索硬化症、帕金森氏症、失智症)。 (三) 經輔具評估使用溝通輔具對促進溝通理解、溝通表達和交談活動表現有幫助者。
溝通及資訊-面對面 溝通	八 〇	溝通輔具 -B款(低 階固定版 面型語音 溝通器)	七,〇〇〇	四	甲、 乙、 丁	二、評估規定： (一) 相關專科醫師開具診斷證明及語言或相關治療師開立輔具輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十二)。 (二) 經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十二)。 三、規格或功能規範：各款應分別符合下列規範 (一) A款溝通輔具：本款屬無語音輸出之溝通設備，應包括至少一千個溝通符號之圖卡、句條、圖卡展示和收納設備以及訓練手冊及訓練影片。 (二) B款溝通輔具：本款屬低階語音溝通器，可依使用者需求自行設計溝通版面，並具重複錄音或記憶溝通訊息及放音功能。 (三) C款溝通輔具：本款屬高階語音溝通器，可依使用者需求自行設計溝通版面，至少可錄製一百五十句語音，並具重複錄音或記憶溝通訊息及放音功能。
溝通及資訊-面對面 溝通	八 一	溝通輔具 -C款(高 階固定版 面型語音 溝通器)	一〇,〇〇〇	四	甲、 乙、 丁	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-面對面 溝通	八二	溝通輔具-D款(具掃描功能固定版面型語音溝通器)	二〇,〇〇〇	四	甲、乙、丁	(四) D款溝通輔具：本款屬固定版面型語音溝通器，除具重複錄音或記憶溝通訊息及放音功能外，另須提供至少一種掃描功能。 (五) E款溝通輔具：本款為語音溝通軟體，可安裝於一般電腦，軟體應具重複錄放音及動態版面顯示功能，並提供至少一千個溝通符號組，供溝通版面設計之用，軟體須具掃描功能。 (六) F款溝通輔具：本款屬液晶觸控專用型語音溝通器，應提供版面設計軟體且至少有一千個溝通符號，供溝通版面設計之用、重複錄放音及至少二種合成語音及掃描功能。
溝通及資訊-面對面 溝通	八三	溝通輔具-E款(語音溝通軟體)	二〇,〇〇〇	四	甲、乙、丁	四、其他規定： (一) B、C、D、E、F等五款溝通輔具僅能擇一項申請。依評估結果須配合使用「溝通或電腦輔具用支撐固定器」並一併申請者，合併列計補助一項次。
溝通及資訊-面對面 溝通	八四	溝通輔具-F款(動態版面型語音溝通器)	三〇,〇〇〇	四	甲、乙、丁	(二) 申請E款溝通輔具者，須已具備個人電腦基本配備(含電腦主機、作業系統、螢幕、鍵盤)。 (三) 申請E、F款時，應於輔具輔具評估報告書中檢附三個月以上的語言治療溝通訓練計畫或記錄，以落實配置本項輔具之目的。 (四) 十二歲以下兒童，申請A、B、C、D四款時得二年申請補助一次。 (五) 溝通輔具除A款外，應檢附輔具供應商出具之載明產品規格、型號、序號及功能之保固書影本。 (六) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要資訊。

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-電腦	八五	電腦輔具-網路攝影機	六〇〇	五	不須評估	<p>一、補助對象：六歲以上並符合下列條件之一</p> <p>(一) 聽障者。</p> <p>(二) 語障者。</p> <p>(三) 具上列任一種障礙之多重障礙。</p> <p>二、其他規定：應具備個人電腦基本配備(包括電腦主機、作業系統、螢幕、鍵盤)。</p>
溝通及資訊-電腦	八六	電腦輔具-A款(滑鼠或鍵盤介面)	三,〇〇〇	五	甲、乙、丁	<p>一、補助對象：肢障或具肢障之多重障礙且無法操作一般鍵盤或滑鼠者。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十三)。</p> <p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一)A款電腦輔具應符合下列規範之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 替代性滑鼠：可透過軌跡球、搖桿、觸控板、按鍵或滑輪等方式控制電腦螢幕游標並可透過支援軟體於硬體上設定下列每一種功能：按左鍵一次、按右鍵一次、按左鍵兩次、捲軸及拖曳等功能。 2. 能完整執行鍵盤按鍵功能之迷你鍵盤介面：鍵盤按鍵操作區之長軸小於二十公分。 3. 能完整執行鍵盤按鍵功能之按鍵加大介面：數字鍵及中英文拼音鍵鍵帽之短邊長或直徑大於二點五

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-電腦	八 七	電腦輔具-B款(滑鼠或鍵盤介面)	六,〇〇〇	五	甲、乙、丁	公分。 4. 鍵盤介面：鍵盤按鍵為內嵌型式 (二)B款電腦輔具應符合下列規範之一： 1. 替代性滑鼠：可透過軌跡球、搖桿、觸控板、按鍵或滑輪等方式控制電腦螢幕游標，並具備下列每一種功能：按左鍵一次、按右鍵一次、按左鍵二次、拖曳及捲軸等功能，並可支援外接開關操作。 2. 替代性鍵盤：可透過支援的軟體設定自行排列組合按鍵位置或自行定義按鍵功能，或可外接開關操作。 3. 螢幕鍵盤及滑鼠：可透過軟體設定控制電腦螢幕游標並具下列功能之一：自行定義鍵盤之按鍵位置、自行定義組合鍵之功能、鍵盤掃描功能。 四、其他規定： (一) 電腦輔具A款、B款、C款、D款、E款僅能擇一申請補助。 (二) 須具備個人電腦基本配備(包括電腦主機、作業系統、螢幕、鍵盤)。 (三) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要資訊。
溝通及資訊-電腦	八 八	電腦輔具-C款-吹吸嘴控滑鼠	一五,〇〇〇	五	甲、乙、丁	一、補助對象：應符合下列條件之一 (一) 具肢障重度或具肢障重度以上之多重障礙者，因四肢癱瘓以致無法操作一般滑鼠功能者。 (二) 申請眼控滑鼠者，應符合前款規定且僅能以眼球動作操作滑鼠者。 二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十三)。

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
溝通及資訊-電腦	八九	電腦輔具 -D款-紅 外線貼片 感應滑鼠	一二,〇〇〇	五	甲、 乙、 丁	<p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一)C款-吹吸嘴控滑鼠應同時具以吹氣及吸氣控制電腦螢幕游標或可執行滑鼠左右鍵之功能。</p> <p>(二)D款-紅外線貼片感應滑鼠應具以移動肢體或五官動作來操控紅外線偵測之反光貼片，以控制電腦螢幕游標並可執行滑鼠左鍵或右鍵之功能。</p> <p>(三)E款-眼控滑鼠應具以追蹤瞳孔相對位置來控制電腦螢幕游標並可執行滑鼠左鍵或右鍵之功能。</p>
溝通及資訊-電腦	九〇	電腦輔具 -E款-眼 控滑鼠	一〇〇,〇〇〇	五	甲、 乙、 丁	<p>四、其他規定：</p> <p>(一)須具備個人電腦基本配備(包括電腦主機、螢幕、鍵盤)。</p> <p>(二)電腦輔具A款、B款、C款、D款、E款僅能擇一申請補助。</p> <p>(三)應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要資訊。</p>
溝通及資訊-電腦	九一	溝通或電腦輔具用 支撐固定 器	五,〇〇〇	五	甲、 乙、 丁	<p>一、補助對象：須符合溝通或電腦輔具之補助對象者。</p> <p>二、評估規定：應符合下列條件之一</p> <p>(一)經相關專科醫師開具診斷證明及治療師開立輔具輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十四)。</p> <p>(二)經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十四)。</p> <p>三、規格或功能規範：</p> <p>透過可固定於輪椅、桌上或床架上之夾具，以具三個以上可調角度並可固定關節之連桿系統，支撐並固定溝通輔具、筆記型(或平板)電腦或電腦輔具之各式聯結器，前述可調角度之關節其中至少兩個可各做二百七十度角度旋轉調整，且最少承重二公斤以</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
						上。 四、其他規定： (一)依評估結果，須使用電腦輔具或溝通輔具並一併提出申請者，合併列計補助一項次。 (二)應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、型號、序號、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要資訊。
身體、生理及生化試驗設備及材料	九二	語音血壓計	二,〇〇〇	三	不須評估	一、補助對象：須符合下列條件之一 (一)視障者。 (二)具視障之多重障礙者。 二、其他規定： (一)語音體溫計、語音血壓計、語音體重計限身心障礙者本人具獨立操作能力者始得申請，並以共同生活戶為補助單位，每戶限申請一台。 (二)應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、型號、序號、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話、其他必要資訊。語音血壓計、語音體溫計之保固書並應標示經醫療器材查驗合格之許可證字號。
身體、肌力及平衡訓練	九三	※直立式站立架	一二,〇〇〇	五	甲	一、補助對象：須符合下列條件之一 (一)肢障者。 (二)植物人。 (三)智障且無獨立站立能力者。 (四)具上列任一種障礙之多重障礙者。 二、評估規定：須符合下列條件之一 (一)經醫師開立診斷書及相關專業治療師出具輔具評估報告書，並於輔具評估報告書載明本項輔具需求（輔具評估報告書格式編號十五）。
身體、肌力及平衡訓練	九四	※前趴式站立架	一五,〇〇〇	五	甲	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
身體、肌力 及平衡訓練	九五	※後仰式 站立架或 傾斜床	二〇,〇〇〇	五	甲	<p>(二)經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十五)。</p> <p>三、規格或功能規範：應具尺寸及各項支撐配件之調整功能，且符合下列各項規定：</p> <p>(一) 直立式站立架：須提供固定綁帶及下列配件或功能至少三項：1. 桌板、2. 胸部側支撐墊、3. 骨盆側支撐墊、4. 兩側膝部支撐配件可獨立調整、5. 足部固定配件。</p> <p>(二) 前趴式站立架： 可無段或多段調整前趴角度之站立架，並須提供固定綁帶、桌板及下列配件或功能至少三項：1. 胸部側支撐墊、2. 骨盆側支撐墊、3. 膝部分隔支撐墊、4. 足部固定配件。</p> <p>(三) 後仰式站立架或傾斜床：須為可無段或多段調整後仰角度之站立架或傾斜床，並須提供固定綁帶及下列配件至少三項：1. 頭部側支撐墊、2. 胸部側支撐墊、3. 骨盆側支撐墊、4. 兩側膝部可分開固定、5. 足部固定配件、6. 踝關節角度可調整功能、7. 手部抓握桿或支撐桌面。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 本項補助限居家使用。</p> <p>(二) 各款站立架僅能擇一申請。</p> <p>(三) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
預防壓瘡	九 六	※輪椅座墊-A款 (連通管 型氣囊氣 墊座-塑 膠材質)	五,〇〇〇	二	甲	<p>一、補助對象：應符合下列條件之一</p> <p>(一) 下半身皮膚感覺或運動機能喪失，容易產生褥瘡者。</p> <p>(二) 於坐姿相關壓力處已有褥瘡者。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十六)。</p> <p>三、規格或功能規範：各款應分別符合下列規範</p> <p>(一) A款及B款：氣囊數量應大於二十顆，且氣囊高度應大於二英吋。</p> <p>(二) C款：應搭配適形泡棉底座，其凝膠覆蓋面積不得小於座墊二分之一，且凝膠厚度須大於一英吋。</p> <p>(三) D款：「固態凝膠座墊」應搭配適形泡棉底座，其凝膠覆蓋面積不得小於座墊之二分之一，且其凝膠厚度須大(等)於一英吋。</p> <p>(四) E款：「填充式氣囊氣墊座」其高度須大於二英吋。</p> <p>(五) F款：「交替充氣型座墊」應含電動空氣幫浦及交替充氣功能之氣囊組。</p> <p>(六) G款：應依個別需求取模製作座墊。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 各款僅得擇一申請。</p> <p>(二) 申請G款量製型座墊者，其輔具評估報告書中須載明「須採量製型座墊」。</p> <p>(三) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、保固服務聯繫電話，除G款外，均應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。申請G款量製型座墊者，保固書註明為「量身訂製型」，得免列查驗合格之登記字號。</p>
預防壓瘡	九 七	※輪椅座墊-B款 (連通管 型氣囊氣 墊座-橡 膠材質)	一〇,〇〇〇	二	甲	
預防壓瘡	九 八	※輪椅座墊-C款 (液態凝 膠座墊)	一〇,〇〇〇	二	甲	
預防壓瘡	九 九	※輪椅座墊-D款 (固態凝 膠座墊)	八,〇〇〇	五	甲	
預防壓瘡	一 〇 〇	※輪椅座墊-E款 (填充式 氣囊氣墊 座)	八,〇〇〇	五	甲	
預防壓瘡	一 〇 一	※輪椅座墊-F款 (交替充 氣型座 墊)	五,〇〇〇	三	甲	
預防壓瘡	一 〇 二	※輪椅座墊-G款 (量製型 座墊)	一〇,〇〇〇	三	甲	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
預防壓瘡	一 〇 三	※氣墊床 -A 款	八,〇〇〇	三	甲	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一)肢體癱瘓無法翻身且無法自行坐起者。</p> <p>(二)於臥姿相關受壓處皮膚已有褥瘡者。</p> <p>二、評估規定：須符合下列條件之一</p> <p>(一)經醫師開立診斷書及相關專業治療師出具輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十七)。</p> <p>(二)經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十七)。</p> <p>三、規格或功能規範：氣墊床應具預防褥瘡及減輕褥瘡症狀之效果並符合下列規定：</p> <p>(一)氣墊床-A 款：應含十八管以上具可交替充氣功能之電動空氣幫浦及管狀氣囊組。</p> <p>(二)氣墊床-B 款：應含交替充氣功能之電動空氣幫浦及管狀氣囊組，且須提供保固三年，並須符合以下所有條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 交替式充氣之管狀氣囊組，氣囊之管徑四英吋以上，並含有異常壓力警示及可暫停交替之開關。 2. 氣管為三管交替式 3. 單管材質：「PU 聚氨酯 (Polyurethane)」或「PU 聚氨酯 (Polyurethane)+尼龍(Nylon)」。 4. 單管壓力流量每分鐘四公升(四 L/Min)以上。 5. 配有 C. P. R. 快速洩氣閥。 <p>四、其他規定：</p> <p>(一)限居家使用者申請。</p> <p>(二)應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合</p>
預防壓瘡	一 〇 四	※氣墊床 -B 款	一二,〇〇〇	三	甲	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一)肢體癱瘓無法翻身且無法自行坐起者。</p> <p>(二)於臥姿相關受壓處皮膚已有褥瘡者。</p> <p>二、評估規定：須符合下列條件之一</p> <p>(一)經醫師開立診斷書及相關專業治療師出具輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十七)。</p> <p>(二)經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十七)。</p> <p>三、規格或功能規範：氣墊床應具預防褥瘡及減輕褥瘡症狀之效果並符合下列規定：</p> <p>(一)氣墊床-A 款：應含十八管以上具可交替充氣功能之電動空氣幫浦及管狀氣囊組。</p> <p>(二)氣墊床-B 款：應含交替充氣功能之電動空氣幫浦及管狀氣囊組，且須提供保固三年，並須符合以下所有條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 交替式充氣之管狀氣囊組，氣囊之管徑四英吋以上，並含有異常壓力警示及可暫停交替之開關。 2. 氣管為三管交替式 3. 單管材質：「PU 聚氨酯 (Polyurethane)」或「PU 聚氨酯 (Polyurethane)+尼龍(Nylon)」。 4. 單管壓力流量每分鐘四公升(四 L/Min)以上。 5. 配有 C. P. R. 快速洩氣閥。 <p>四、其他規定：</p> <p>(一)限居家使用者申請。</p> <p>(二)應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使 用年限	評估 人員	補助相關規定
						格之登記字號及其他必要資訊。
住家及其他場所之家具及改裝組件	一〇五	居家用照顧床	八,〇〇〇	五	甲	一、補助對象：重度肢體障礙達癱瘓程度而無法翻身且無法自行坐起者。 二、評估規定：須符合下列條件之一： (一)經復健科醫師開立診斷書及相關專業治療師出具輔具評估報告書，並於診斷書或輔具評估報告書載明本項輔具需求(輔具評估報告書格式編號十七)。 (二)經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十七)。
住家及其他場所之家具及改裝組件	一〇六	居家用照顧床-附加功能 A 款(床面升降功能)	五,〇〇〇	五	甲	三、規格或功能規範： (一)居家用照顧床床面須為三片以上之設計，至少須具備頭部及腿靠床片升降之功能。 (二)居家用照顧床-附加功能 A 款係指

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
住家及其他場所之家具及改裝組件	一〇七	居家用照顧床-附加功能B款(電動升降功能)	五,〇〇〇	五	甲	<p>除上述功能外，床面具升降功能。</p> <p>(三) 居家用照顧床-附加功能B款係指具電動調整升降功能之產品。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 限居家使用者申請。</p> <p>(二) 居家用照顧床併同附加功能各款申請時，視為補助一項次。</p> <p>(三) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗或居家用照顧床測試合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
住家及其他場所之家具及改裝組件	一〇八	擺位椅-A款	四,〇〇〇	三	甲	<p>一、補助對象：十二歲以下並符合下列條件之一</p> <p>(一) 中度肢體障礙者。</p> <p>(二) 包含中度肢體障礙之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 經復健科醫師開立診斷書及相關專業治療師出具輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十八)，並於診斷書或輔具評估報告書載明本項輔具需求。</p> <p>(二) 經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十八)。</p>
住家及其他場所之家具及改裝組件	一〇九	擺位椅-B款	八,〇〇〇	三	甲	<p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) 擺位椅-B款應具有二項以上座椅參數調整功能，並有二項以上擺位配件。</p> <p>(二) 擺位椅-C款應含桌板，且應具有五項以上座椅參數調整功能，並有三項以上擺位配件。</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
住家及其他場所之家具及改裝組件	一 一 〇	擺位椅-C 款	一五,〇〇〇	五	甲	<p>(三) 前述座椅參數調整功能包括：座深、座寬、座高、踏板高度、座面角度、座背靠角度、扶手高度、頭靠位置。</p> <p>(四) 前述擺位配件包括：骨盆帶、胸帶、腿帶、側支撐墊、分腿墊、膝前檔板、頭靠。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 各款僅能擇一申請。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、型號、序號、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
住家及其他場所之家具及改裝組件	一 一 一	升降桌	六,〇〇〇	五	甲、 丁	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 重度肢體障礙者。</p> <p>(二) 具重度肢體障礙之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 經復健科醫師開立診斷書及相關專業治療師出具輔具評估報告書（輔具評估報告書格式編號十八），並於診斷書或輔具評估報告書載明本項輔具需求。</p> <p>(二) 經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員（含該單位特約之輔具評估人員）開立輔具評估報告書（輔具評估報告書格式編號十八）。</p> <p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) 升降桌應具有二十公分以上之桌面高度調整功能。</p> <p>(二) 桌面尺寸深度應大於六十公分、寬度大於一百公分，底部空間須可容輪椅進入。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 限居家使用。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用年限	評估人員	補助相關規定
						範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要資訊。
住家及其他場所之家具及改裝組件	一一二	爬梯機	八〇,〇〇〇	十	甲、丁	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一，且無法自行上下樓梯者</p> <p>(一) 重度以上肢體障礙。</p> <p>(二) 植物人。</p> <p>(三) 重度以上平衡障礙。</p> <p>(四) 具上列任一種障礙之多重障礙。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十九)。</p> <p>三、其他規定：</p> <p>(一) 以身心障礙者實際共同生活戶為補助單位，每戶限申請一台。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
住家及其他場所之家具及改裝組件	一一三	居家無障礙設施-門A款(單處)	七,〇〇〇	十	甲、丁、戊	<p>一、補助對象：須居住於設籍縣市並符合下列條件之一</p> <p>(一) 植物人。</p> <p>(二) 肢障者、視障者、失智症者、平衡障者、重器障重度者、智障重度者。</p> <p>(三) 具前款任一種障礙之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)到宅進行環境及使用需求之評估，並開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號十九)。</p> <p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) 「門」之工程分成A、B兩款</p> <p>A款：為改變門片類型、門檻降低、順</p>
住家及其他場所之家具及改裝組件	一一四	居家無障礙設施-門B款(單處)	一〇,〇〇〇	十	甲、丁、戊	
住家及其他場所之家具及改裝組件	一一五	居家無障礙設施-扶手(每十公分)	一五〇	十	甲、丁、戊	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
住家及其他場所之家具及改裝組件	一一六	居家無障礙設施-可動式扶手(單支)	三,六〇〇	十	甲、丁、戊	平或剔除、加裝橫式截水槽等任一項或一項以上之工程。 B款:門之加寬、加高、新增、調整位置等任一項或一項以上之工程。
住家及其他場所之家具及改裝組件	一一七	居家無障礙設施-固定式斜坡道	一〇,〇〇〇	十	甲、丁、戊	(二)「水龍頭」係指改裝為撥桿式、單閥式或電子感應式。 (三)「固定式斜坡道」係指固定於地面無法移動之斜坡,且材質須為金屬材質或泥做工程,鋪面應有防滑功能且長度達一百五十公分以上。
住家及其他場所之家具及改裝組件	一一八	居家無障礙設施-非固定式斜坡板A款	三,五〇〇	十	甲、丁、戊	(四)「非固定式斜坡板」係指可任意移動之斜坡板,分成A、B、C三款:A款為非輕量化材質,不具可收折及攜帶功能或長度超過三十公分之攜帶式輕量化斜坡版;B款為輕量化材質,具可收折及攜帶功能,長度超過九十公分;C款為輕量化材質,具可收折及攜帶功能,長度超過一百二十公分,且荷重能力達一百八十公斤以上。
住家及其他場所之家具及改裝組件	一一九	居家無障礙設施-非固定式斜坡板B款	五,〇〇〇	十	甲、丁、戊	(五)改善流理台於可靠近之邊緣二十公分範圍內,至少須有高度六十五公分以上之腿部淨空間
住家及其他場所之家具及改裝組件	一二〇	居家無障礙設施-非固定式斜坡板C款	一〇,〇〇〇	十	甲、丁、戊	四、其他規定: (一)門之A款及B款僅能擇一申請。 (二)扶手針對提供握持部位之長度每十公分補助一百五十元。 (三)隔間以牆面每平方公尺補助六百元。
住家及其他場所之家具及改裝組件	一二一	居家無障礙設施-水龍頭(單處)	三,〇〇〇	十	甲、丁、戊	(四)固定式斜坡道和非固定式斜坡板,於同一處僅能擇一申請補助。 (五)居家無障礙設施,全戶最高補助金額低收入戶最高補助六萬元,中低收入戶最高四萬五千元,非低收入戶最高補助三萬元。戶內身心障礙人數每增加一人,全戶可補助額度上限按上列基準增加百分之三十,但全戶最高補助額度不得逾上開基準一點五倍。
住家及其他場所之家具及改裝組件	一二二	居家無障礙設施-防滑措施(單處)	三,〇〇〇	十	甲、丁、戊	(六)戶內有新增身心障礙人口時,於左列年限內曾申請之項目仍得再度申請,全戶補助總額比照(五)之基
住家及其他場所之家具及改裝組件	一二三	居家無障礙設施-改善浴缸(新增、改換、移除-居家環境改善含原處填補)	七,〇〇〇	十	甲、丁、戊	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用年限	評估人員	補助相關規定
住家及其他場所之家具及改裝組件	一二四	居家無障礙設施-改善洗臉台(槽)(新增、改換、移除-含原處填補)	三,〇〇〇	十	甲、丁、戊	<p>準。</p> <p>(七)每次申請之各項目併計為一項次之輔具補助。</p> <p>(八)各項均以身心障礙者共同生活戶為申請單位。</p> <p>(九)申請居家無障礙設施改善者,其改善部分如須改變硬體結構者應檢附相關證明文件(含施工前後照片、改善項目及規格說明)及房屋所有權狀影本(非自有房屋者,須附租賃契約書影本、房屋所有權狀影本及屋主出具之施工同意書),補助單位得審查其施作及核銷內容是否及輔具評估報告書吻合。</p>
住家及其他場所之家具及改裝組件	一二五	居家無障礙設施-改善馬桶(新增、改換、移除-含原處填補)	五,〇〇〇	十	甲、丁、戊	
住家及其他場所之家具及改裝組件	一二六	居家無障礙設施-改善流理台(新增、改換)	一五,〇〇〇	十	甲、丁、戊	
住家及其他場所之家具及改裝組件	一二七	居家無障礙設施-改善抽油煙機(位置調整)	一,〇〇〇	十	甲、丁、戊	
住家及其他場所之家具及改裝組件	一二八	居家無障礙設施-架高式和式地板拆除	五,〇〇〇	十	甲、丁、戊	
住家及其他場所之家具及改裝組件	一二九	居家無障礙設施-隔間	六〇〇	十	甲、丁、戊	
住家及其他場所之家具及改裝組件	一三十	居家無障礙設施-反光貼條或消光處理(單處)	三,〇〇〇	三	甲、丁、戊	
個人照顧及保護	一三一	居家無障礙設施-壁掛式淋浴椅(床)	五,〇〇〇	十	甲、丁、戊	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
個人照顧 及保護	一 三 二	居家無障 礙設施- 特殊簡易 洗槽	二,〇〇〇	十	甲、 丁、 戊	
個人照顧 及保護	一 三 三	居家無障 礙設施- 特殊簡易 浴槽	五,〇〇〇	十	甲、 丁、 戊	
個人照顧 及保護	一 三 四	頭護具	六〇〇	二	不須 評估	補助對象：須符合下列條件之一 一、智障者。 二、具智障之多重障礙者。 三、張力低、平衡差或常發生癲癇之障礙者。
個人照顧 及保護	一 三 五	馬桶增高 器、便盆 椅或沐浴 椅	一,二〇〇	三	不須 評估	補助對象：須符合下列條件之一 (一)肢障者。 (二)重度以上失智症者。 (三)具上述任一種障礙之多重障礙者。
個人照顧 及保護	一 三 六	語音體溫 計	三〇〇	三	不須 評估	一、補助對象：須符合下列條件之一 (一)視障者。 (二)具視障之多重障礙者。 二、其他規定：
個人照顧 及保護	一 三 七	語音體重 計	一,〇〇〇	三	不須 評估	(一)語音體溫計、語音體重計限身心障 礙者本人具獨立操作能力者始得 申請，並以共同生活戶為補助單 位，每戶限申請一台。 (二)應檢附輔具供應商出具保固書之影 本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基 準所定本項輔具之規格或功能規 範內容)、型號、序號、保固年限 及起迄日期(含年、月、日)、輔 具供應商行號名稱及統一編號及 負責人姓名、服務電話、其他必要 資訊。語音血壓計、語音體溫計之 保固書並應標示經醫療器材查驗 合格之許可證字號。
個人照顧 及保護	一 三 八	衣著用輔 具	五〇〇	三	不須 評估	一、補助對象：身心障礙者。 二、規格或功能規範：
居家生活	一 三 九	飲食用輔 具	五〇〇	三	不須 評估	(一)衣著類輔具：指可協助衣著之穿衣 桿、穿鞋器、襪輔助器、長柄取物 鉗等相關項目。 (二)飲食類輔具：指可協助飲食之特殊 刀、叉、湯匙、筷子、杯盤、防滑 墊等相關項目。

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
居家生活	一 四 十	居家用生 活輔具	五〇〇	三	不須 評估	(三) 居家類輔具：指有助於居家活動之特殊門把、烹調用具、開瓶罐器、特製開關等相關項目。 三、其他規定： (一) 上列各類補助金額為單次補助額度上限。 (二) 限居家使用。
矯具及義具	一 四 一	※部分手 義肢	一〇,〇〇〇	二	甲	一、補助對象：須符合下列條件之一 (一) 肢障者 (二) 具肢障之多重障礙者 二、評估規定：應符合下列規定之一
矯具及義具	一 四 二	※部分足 義肢	一〇,〇〇〇	二	甲	(一) 經中央主管機關核可之身心障礙鑑定醫療機構之復健科、骨科之專科醫師診斷及相關治療師評估(輔具評估報告書格式編號二十、二十一)。
矯具及義具	一 四 三	※美觀手 套	八,〇〇〇	二	甲	(二) 經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號二十、二十一)。
矯具及義具	一 四 四	※義肢腳 掌組	四,五〇〇	二	甲	三、其他規定： (一) 應先依全民健康保險相關規定申請給付，並達本基準表所定之最低使用年限後，因需要而重新製作者始得申請本項補助。
矯具及義具	一 四 五	※腕離斷 或肘下義 肢	四〇,〇〇〇	五	甲	(二) 對同一部位每次申請以給付一項次為限。
矯具及義具	一 四 六	※踝離斷 或膝下義 肢	四〇,〇〇〇	五	甲	(三) 美觀手套、腳掌組更換應於新製義肢滿二年後，始得申請。
矯具及義具	一 四 七	※肘離斷 或肘上義 肢	六〇,〇〇〇	五	甲	(四) 義肢得依實際需求申請雙側補助，其補助額度得予加倍。
矯具及義具	一 四 八	※膝離斷 或膝上義 肢	六〇,〇〇〇	五	甲	(五) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，查驗合格之登記字號並應標示其他必要資訊。
矯具及義具	一 四 九	※肩關節 離斷或肩 胛骨離斷 義肢	七〇,〇〇〇	五	甲	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
矯具及義具	一五〇	※髌離斷或半骨盆切除義肢	七〇,〇〇〇	五	甲	
矯具及義具	一五一	※踝足矯具(踝足支架)	三,五〇〇	三	甲	<p>一、補助對象：須符合下列條件之一</p> <p>(一) 肢障者。</p> <p>(二) 具肢障之多重障礙者。</p> <p>二、評估規定：應符合下列規定之一</p> <p>(一) 經中央主管機關核可之身心障礙鑑定醫療機構之復健科、骨科或神經科之專科醫師診斷及相關治療師輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號二十二、二十三)，並於診斷書或輔具評估報告書載明本項輔具需求及加註製作部位。</p> <p>(二) 經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號二十二、二十三)。</p> <p>(三) 申請脊柱矯具-脊柱側彎矯正背者，除符合上述條件之一外，另限制脊柱側彎診斷為十五至四十五度者。</p> <p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) 踝足矯具：限為高溫熱塑材質取模製作或金屬材質，且必須跨越踝關節。</p> <p>(二) 膝踝足矯具：須為高溫熱塑材質取模製作或金屬材質，並須跨越膝及踝關節。</p> <p>(三) 髌膝踝足矯具：須為高溫熱塑材質取模製作或金屬材質，並須跨越髌、膝及踝關節。</p> <p>(四) 肘部或膝部副木：須內含金屬條及固定帶。</p> <p>(五) 髌矯具：須具有限制髌關節內收或屈曲角度之功能。</p> <p>(六) 脊柱矯具-支持性背架：可提供脊柱變形並有惡化可能或影響呼吸功能者支持及保護脊椎之功能。A款應含金屬立柱、胸帶及骨盆帶，並具限制軀幹動作之設計。B款須以石膏於軀幹取模，並以高溫熱塑型材料量身訂製。</p>
矯具及義具	一五二	※膝踝足矯具(膝踝足支架)	八,〇〇〇	三	甲	
矯具及義具	一五三	※髌膝踝足矯具(髌膝踝足支架)	一〇,〇〇〇	三	甲	
矯具及義具	一五四	※支架鞋具	四,〇〇〇	三	甲	
矯具及義具	一五五	※肘部或膝部副木	一,五〇〇	五	甲	
矯具及義具	一五六	※髌矯具	六,〇〇〇	五	甲	
矯具及義具	一五七	※脊柱矯具-支持性背架 A 款	四,〇〇〇	五	甲	
矯具及義具	一五八	※脊柱矯具-支持性背架 B 款	一〇,〇〇〇	五	甲	
矯具及義具	一五九	※脊柱矯具-脊柱側彎矯正背架	一五,〇〇〇	五	甲	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
						<p>(七) 脊柱矯具-脊柱側彎矯正背架：根據三點壓力原理製作，而能積極矯正脊柱側彎及旋轉變形之背架，須含量身取模之骨盆固定，並可局部調整壓力。</p> <p>(八) 支架鞋具須及矯具之金屬立柱固定連結，而完整包覆足部，不得僅為托足板形式。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 經全民健康保險給付之矯具，不予補助。</p> <p>(二) 踝足矯具、膝踝足矯具、髌膝踝足矯具、脊柱矯具脊柱側彎矯正背架、脊柱矯具支持性背架、支架鞋具等項目。十八歲以下經輔具中心評估確有更換之需求者，每年得申請一次。</p> <p>(三) 同一部位每次申請以給付一項次為限，依實際需求申請雙側補助時補助額度得加倍計算。</p> <p>(四) 支架鞋具補助單位為一雙，得搭配下肢矯具同時申請，視為補助一項次。</p> <p>(五) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、型號、序號、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
矯具及義具	一六〇	量身訂製之特製鞋A款-單側開榭	八,〇〇〇	二	甲	<p>一、補助對象：應符合下列所有條件</p> <p>(一) 肢體障礙者且經輔具補助下能獨立步行者。</p> <p>(二) 先天性或疾病所造成足部構造異常者。</p> <p>(三) 市售鞋款無法滿足其合腳需求，而須量腳取模製作者。</p> <p>二、評估規定：符合下列條件之一</p> <p>(一) 經骨科、復健科或免疫風濕專科醫師根據放射影像開立構造型足關節嚴重變形（非單純之扁平足）之診斷書及相關專業治療師出具輔</p>
矯具及義具	一六一	量身訂製之特製鞋B款-雙側開榭	一〇,五〇〇	二	甲	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
						<p>具評估報告書，並於診斷書或輔具評估報告書載明本項輔具需求並註明製作部位。</p> <p>(二)經政府設置或委託辦理之輔具服務單位輔具評估人員(含該單位特約之輔具評估人員)開立輔具評估報告書(輔具評估報告書格式編號二十四)。</p> <p>三、規格或功能規範：應依據個別需求取模獨立開楦訂作。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一)經全民健康保險給付部分，不予補助。</p> <p>(二)十四歲以下得每年申請補助一次。</p> <p>(三)本項補助金額包含雙腳鞋具。</p> <p>(四)應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
矯具及義具	一六二	透明壓力面膜	一,〇〇〇	一	依醫師診斷	<p>一、補助對象：因燒燙傷、皮膚損傷致顏面構造損傷之身心障礙者。</p> <p>二、評估規定：經整形外科或復健科等相關專科醫師出具診斷證明並於診斷證明書載明本項輔具需求。</p> <p>三、規格或功能規範： 須為個別化取模製作，服貼臉部曲線。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一)第一次申請後二年內再度申請者，得免附醫師診斷證明。二年後仍有需求者，須憑三個月內開立之診斷證明始得申請。</p> <p>(二)應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務</p>

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
						電話及其他必要資訊。
矯具及義具	一六三	假髮	二〇,〇〇〇	四	依醫師診斷	<p>一、補助對象：顏面損傷並因燒傷或外傷造成頭皮缺損而使頭髮無法重新生長者。</p> <p>二、評估規定：經整型外科或皮膚科等相關專科醫師診斷，並於診斷書載明本項輔具需求。</p> <p>三、規格或功能規範：須為全部真髮，採手工植髮方式織造，帽材須選用透氣材料，髮帽須符合使用者頭型。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 每次至多可申請二件，補助金額上限按左列基準倍數計算。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要資訊。</p>
矯具及義具	一六四	※義眼	一〇,〇〇〇	五	依醫師診斷	<p>一、補助對象：顏面構造損傷及視覺障礙者。</p> <p>二、評估規定：經整型外科、眼科、耳鼻喉科或口腔外科等相關專科醫師診斷，並於診斷書載明本項輔具需求者。</p>
矯具及義具	一六五	義鼻	一〇,〇〇〇	一	依醫師診斷	<p>三、規格或功能規範：</p> <p>(一) 須為可接觸人體之矽膠或壓克力、樹脂等材質製作，且外觀須自然並模擬實體之形狀及色澤。</p>
矯具及義具	一六六	義耳	一二,〇〇〇	一	依醫師診斷	<p>(二) 人造眼窩應包含眼球、眼瞼、睫毛、眼窩週邊組織等部位。</p>
矯具及義具	一六七	義顎	二〇,〇〇〇	一	依醫師診斷	<p>四、其他規定：</p> <p>(一) 同時申請兩側補助者，其補助金額按左列基準倍數計算。</p>
矯具及義具	一六八	混和義臉-人造額片	一〇,〇〇〇	一	依醫師診斷	<p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規</p>
矯具及義具	一六九	混和義臉-人造頰片	一〇,〇〇〇	一	依醫師診斷	

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
矯具及義具	一七〇	混和義臉-人造眼窩	二〇,〇〇〇	一	依醫師診斷	範內容)、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話及其他必要資訊。
其他	一七一	人工電子耳	六〇〇,〇〇〇	終身一次	乙、丙併同相關專業團隊	<p>一、補助對象：優耳聽力劣於九十 dB HL，且符合下列所有條件：</p> <p>(一) 經配戴助聽器及聽能復健三個月，效果不佳者，雙耳聽力劣於一百一十 dB HL 者，不在此限。</p> <p>(二) 感覺神經性聽力障礙病史在五年以內，或曾配戴助聽器因成效不佳中斷配戴且中斷期間不超過五年者。</p> <p>(三) 先天性聽障者，經電腦斷層或核磁共振攝影確定至少具有一圈完整耳蝸存在且無其他手術禁忌者。</p> <p>二、評估規定：經耳鼻喉科醫師開立診斷證明書及聽力師、語言治療師、社工師、心理師、聽覺障礙類專家學者組成之評估團隊出具輔具評估報告書及術後聽能復健計畫書。</p> <p>三、規格或功能規範：應含包括接收及刺激器及能對聽覺神經提供多頻刺激的電極系列，並經手術植入耳蝸內之植入部份及包括傳輸線圈、接收聲音之麥克風、言語處理器之外置配件。</p> <p>四、其他規定：</p> <p>(一) 限於依特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法規定，申請所在地直轄市、縣(市)主管機關核准施行之醫療機構施行植入手術者。</p> <p>(二) 應檢附輔具供應商出具保固書之影本(保固書正本由申請人留存)。保固書並應載明產品規格(含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容)、型號、序號、保固年限及起迄日期(含年、月、日)、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>
其他	一七二	人工電子耳語言處理設備更新	一〇〇,〇〇〇	十	不須評估	一、補助對象：裝置人工電子耳之聽覺障礙者，其原裝置之人工電子耳語言處理設備機型因原廠停產致原無法繼續使用者。

分類	項次	補助項目	最高補助金額 (元)	最低使用 年限	評估 人員	補助相關規定
						<p>二、其他規定：</p> <p>(一)接受人工電子耳手術滿五年始得申請。</p> <p>(二)應由輔具供應商出具原裝置之人工電子耳處理設備機型因原廠停產致原無法繼續使用之證明，並註明廠牌及更新前後之型號、序號。</p> <p>(三)應檢附輔具供應商出具保固書之影本（保固書正本由申請人留存）。保固書並應載明產品規格（含本基準所定本項輔具之規格或功能規範內容）、型號、序號、保固年限及起迄日期（含年、月、日）、至少十年之保修起迄日期、輔具供應商行號名稱及統一編號及負責人姓名、服務電話，並應標示經中央主管機關醫療器材查驗合格之登記字號及其他必要資訊。</p>

附註：

- 一、輔具補助基準如下：（依據身心障礙者輔具費用補助辦法第二條規定）
 - (一) 低收入戶：本表「最高補助金額」之全額。
 - (二) 中低收入戶：本表「最高補助金額」之百分之七十五。
 - (三) 一般戶：本表「最高補助金額」之百分之五十。
- 二、本表之「補助項目」前加註「※」者，低收入戶、中低收入戶、一般戶均可接受「最高補助金額」之全額補助。
- 三、補助款之撥發，須按依第一點、第二點之最高補助金額為上限，並以實際購買金額為限。
- 四、「評估人員」之資格，依「身心障礙者服務人員資格訓練及管理辦法」之規定。